

REINIGINGS-, DESINFECTIE- EN STERILISATIEVOORSCHRIFTEN

PRODUCT CATEGORIEËN 1, 2 EN 3



Nederlands



93/42/EEG
Klasse I

Publicatiedatum:
25 mei 2021
















Belangrijke informatie betreffende herbruikbaar instrumentarium van Medex Instrumenten Service

Medex
Instrumenten Service

UITLEG SYMBOLEN

Onderstaande symbolen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschriften en/of op het label.

	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Gevarensymbool waarschuwing. Bij niet inachtneming is dodelijk of ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade (tijdverlies, gegevensverlies, defect aan hulpmiddel/apparatuur, etc.) mogelijk.
	Artikelnummer
	Lotnummer/Batchnummer
	Serienummer
	GS1 code/GTIN voor wereldwijd eenduidige productaanduiding volgens wereldstandaard voor industrie en gezondheidszorg
	Unique Device Identification
	Medical Device
	Niet-steriel
	Fabrikant
	Productiedatum
	CE-conformiteitsmarkering conform de Europese richtlijn MDD 93/42/EEG met betrekking tot medische hulpmiddelen
	Dit product mag niet als gewoon huisvuil worden afgevoerd

ALGEMEEN

Bij niet-inachtneming van dit document bestaat het risico op ernstig letsel voor de patiënt of de gebruiker!



Ondeskundige hantering en ondeskundig onderhoud alsmede oneigenlijk gebruik kunnen leiden tot voortijdige slijtage van het medisch hulpmiddel en/of tot risico's voor patiënt en gebruiker!



Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant dat alle personen die met het product omgaan, de instructies en aanwijzingen in dit document begrepen hebben en opvolgen.

Dit document is onlosmakelijk verbonden met de bij het betreffende instrument behorende gebruiksaanwijzing.

Iedere gebruiker moet dit document volledig lezen en in acht nemen.

- Neem met name alle voorzichtigheids-, waarschuwings- en gevareninstructies in acht.
- De gebruiker moet te allen tijde toegang hebben tot dit document.
- Deze tekst heeft in gelijke mate betrekking op mannelijke en vrouwelijke personen. Alleen omwille van de betere leesbaarheid is afgezien van de dubbele schrijfwijze.

RECLAMATIE EN GARANTIE

Wij zijn heel blij dat u hebt gekozen voor een product van Medex Instrumenten Service, hierna ook wel MEDEX. Dit product is voorzien van een CE-markering, d.w.z. dat het hiermee voldoet aan de fundamentele eisen die in de Europese richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen zijn vastgelegd.

Medex Instrumenten Service is de fabrikant van dit medische hulpmiddel.

Controleer de levering direct na ontvangst op volledigheid en beschadigingen.

Meld eventuele transportschade alsmede afwijkingen ten opzichte van de pakbon onmiddellijk.

Bij vragen over de toepassing van het product en bij technische vragen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers:

Tel.: 0031 (0)36 534 12 98

E-mail: postbus@medex-instrumenten.com



Medex Instrumenten Service

Markerkant 10-136^f

1316 AL Almere

Nederland

Tel.nr. 0031 (0)36 534 12 98

postbus@medex-instrumenten.com

De medewerkers van Medex Instrumenten Service doen hun uiterste best om zorg te dragen voor levering van medische hulpmiddelen van hoogwaardige kwaliteit. Mocht u desalniettemin op- en/of aanmerkingen of een klacht hebben over onze producten, neem dan contact op met een van onze medewerkers middels bovenstaande contactmogelijkheden onder vermelding van het artikelnummer (REF) en het lot- (LOT) en/of serienummer (SN).

Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan Medex Instrumenten Service en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd. Vermeld hierbij duidelijk de classificatie van het incident en waar mogelijk het artikelnummer (REF) en het lot- (LOT) en/of serienummer (SN) van het hulpmiddel.

Onze algemene verkoopvoorwaarden in de actueel geldige versie gedeponneerd bij de KvK zijn van toepassing. Overeenkomsten die daarvan afwijken, beperken de wettelijke rechten van de koper niet.

Een verdergaande garantie vereist de contractuele vorm en sluit verbruiksartikelen alsmede vandalisme aan componenten uit.

Medex Instrumenten Service aanvaardt als fabrikant of verkooporganisatie geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, onvoorziene of gevolgschade door onoordeelkundig en/of onveilig gebruik en onzorgvuldig handelen. MEDEX aanvaardt als fabrikant of verkooporganisatie geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, onvoorziene of gevolgschade door incorrecte behandeling voor het eerste gebruik, herverwerking, voorbereiding, sterilisatie en onderhoud van het medisch hulpmiddel.

Als MEDEX instrumenten worden gerepareerd door firma's of personen die niet door MEDEX voor de reparatie geautoriseerd zijn, dan komt de garantie te vervallen. Bij verandering/modificatie van MEDEX hulpmiddelen komt het CE en de garantie te vervallen en kan Medex Instrumenten Service niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen/incidenten die optreden na verandering/modificatie van het MEDEX hulpmiddel.

Het niet voldoen aan de instructies, incorrect handelen of incorrect en niet-doelmatig gebruik van medische hulpmiddelen geleverd en/of vervaardigd door MEDEX zal resulteren in uitsluiting van alle garantie- en/of aansprakelijkheidsclaims.

BESCHRIJVING

Herbruikbaar instrumentarium is gemaakt uit een reeks materialen die voldoen aan de specificaties in nationale en internationale normen.

PRODUCT CATEGORIEËN

- Cat. 1: massieve eenvoudige instrumenten zonder holten, gewrichten of lumen.
- Cat. 2: eenvoudige instrumenten (bestaande uit meerdere, eenvoudig uit elkaar te halen onderdelen) met holten en/of een doorspuitbaar lumen.
- Cat. 3: complexe instrumenten (bestaande uit meerdere, uit elkaar te halen onderdelen) met gewrichten en/of kabels en/of een doorspuitbaar lumen.

Indien twijfel bestaat over de groep waartoe het instrument behoort: neem contact op met MEDEX.

LEVERING

De medische hulpmiddelen worden onsteriel aangeleverd.

De verpakking van het instrumentarium moet bij ontvangst intact zijn. Verwijder te allen tijde de transportverpakking van de hulpmiddelen, daar blootstelling aan temperatuurfuctuaties zouden kunnen leiden tot condensatie in dichte plastic verpakkingen, wat het risico op corrosie vergroot. Indien een set wordt geleverd moet deze zorgvuldig worden gecontroleerd op volledigheid en moeten alle componenten vóór gebruik zorgvuldig op beschadiging worden nagezien. Beschadigde verpakkingen of producten mogen niet gebruikt worden en moeten aan MEDEX geretourneerd worden.

Alle verpakkingsmateriaal verwijderen vóór sterilisatie. Voorafgaand aan het eerste gebruik dienen de instrumenten zorgvuldig gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd te worden. Hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk. Aanbevolen is het 3 maal reinigen van nieuwe hulpmiddelen voorafgaand aan initiële sterilisatie om de passiveringslaag van het hulpmiddel te versterken. Zie hoofdstuk 'INSTRUCTIES VOOR REINIGING'.

WAARSCHUWING

Infectiegevaar door niet-steriele hantering!

De exploitant/gebruiker is verantwoordelijk voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie van gebruikte instrumenten. Nationale regelingen, ook beperkingen hierop, moeten absoluut in acht worden genomen.

- Neem bij patiënten met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJK), het vermoeden van CJK of mogelijke varianten de geldende nationale verordeningen in acht met betrekking tot de herverwerking van de instrumenten.



- Let erop dat de succesvolle verwerking voor het eerste gebruik en herverwerking van dit medische hulpmiddel alleen na voorafgaande validatie van het (her)verwerkingsproces kunnen worden gegarandeerd. De exploitant/(her)verwerker is hiervoor verantwoordelijk.
- Bij een operatie mag uitsluitend steriel instrumentarium gebruikt worden. Instrumentarium dat bij operatie gebruikt is moet onmiddellijk gereinigd en opnieuw gesteriliseerd worden. Instrumentarium moet voorafgaand aan sterilisatie grondig worden gereinigd. Deze procedures moeten vóór hantering van het product en vóór retournering ervan naar MEDEX worden uitgevoerd. Deze moeten als zodanig gemarkeerd zijn, anders kan er geen verdere behandeling plaatsvinden. Een decontaminatieverklaring moet bijgesloten zijn.

ONTSMETTING – ALGEMENE OVERWEGINGEN

Reiniging is de verwijdering van organische verontreiniging. Effectieve reiniging doet het volgende:

- Minimaliseert de overdracht van organisch vuil van de ene patiënt naar de andere.
- Voorkomt ophoping van resterend vuil gedurende de gebruiksduur van het instrumentarium.
- Maakt succesvolle follow-upsterilisatie mogelijk. Adequate ontsmetting is afhankelijk van de grondigheid van de reiniging.

Reiniging is de eerste stap. Sterilisatie vindt later tijdens de ontsmetting plaats. Sterilisatie heeft als doel micro-organismen te doden om zo de kans op besmetting en overdracht van infecties te verminderen. Om acceptabele ontsmetting te garanderen mag er geen vertraging zijn tussen de stappen in dit document.

Als de reiniging, desinfectie en sterilisatie volgens de gebruiksaanwijzing uitgevoerd zijn dan heeft die geen nadelig effect op het gebruik en de mechanische prestaties van het instrumentarium. Het einde van de gebruiksduur wordt bij normaal gebruik bepaald door slijtage.

NB: Bepaald herbruikbaar instrumentarium dat moet worden gedemonteerd voorafgaand aan reiniging en sterilisatie, wordt geleverd met specifieke instructies voor reiniging, demontage en montage. Deze instructies kunnen worden gevonden in of bevestigd aan de verpakking.

Grondige reiniging van herbruikbaar instrumentarium

Het is van cruciaal belang dat herbruikbaar instrumentarium na elk gebruik grondig wordt gereinigd volgens de specifieke reinigingsstappen die in dit document worden genoemd. Niet-effectieve of onvolledige reiniging kan de daaropvolgende sterilisatieactiviteiten belemmeren. Reiniging van het instrumentarium onmiddellijk na gebruik verbetert het resultaat op de CSA.

Handmatige reiniging

Desinfectiemiddelen, zoals ontsmettende en chemische oplossingen, dienen voor het verminderen van het aantal microben op oppervlakken, maar kunnen niet fungeren als reinigingsmiddelen. Alkaline reinigingsmiddelen worden aanbevolen. Dit type reiniger blijkt effectief te zijn in het verwijderen van organische verontreiniging (zoals bloed) van instrumentarium. De aanbevolen methodes voor reiniging, desinfectie en sterilisatie in de handleiding zijn gevalideerd met naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving.

Machinale reiniging

De instrumentenreiniging en -desinfectie in de reinigungsapparaten moeten altijd voorrang krijgen op de handmatige reiniging, omdat machinale methoden kunnen worden gevalideerd en gestandaardiseerd. Volg de instructie van de fabrikant voor de belading van de reinigungs- en desinfectiemachine. Indien van toepassing: Sluit het lumen aan op het lumenblok van de reinigungs- en desinfectiemachine. Gebruik hiervoor eventueel de MEDEX spoelconnector. Een volledig geautomatiseerde was- en desinfectiecyclus wordt desalniettemin niet aanbevolen als enige reinigungs methode voor dit instrumentarium. Handmatige reinigungs is vereist.

Reinigungsstoffen en reinigungs hulpmiddelen

Het gebruik van mild alkalisch reinigungs middel met een pH 9-10,5 en zachte borstels en zachte pijpenreinigers wordt aanbevolen. Volg de instructie van de fabrikant voor de dosering van het detergens. Indien het instrument is voorzien van lumen, maar een spoelpoort ontbreekt dan kan gebruik gemaakt worden van de MEDEX spoelconnector.

LET OP:



- Het gebruik van metalen borstels of schuursponsjes wordt sterk afgeraden.
- Het gebruik van borstels en/of schuursponsjes op scherpe en/of kwetsbare oppervlakten, zoals snijvlakken en diamantmesjes, wordt sterk afgeraden.

Reinigen en spoelen met water

Indien beschikbaar moet zacht koud leidingwater worden gebruikt. Gedeïoniseerd water moet worden gebruikt voor de laatste spoelstap om mineraalafzettingen op oppervlakken te voorkomen.

Droging

Voer de droging uit met geschikte hulpmiddelen, zoals pluisvrije doeken en/of medische perslucht.

INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN DESINFECTIE


Juiste hantering na gebruik

Laat instrumentarium NIET drogen na gebruik en voorafgaand aan reinigungs. Reinigungs en daaropvolgende sterilisatie kan worden gehinderd als bloed of bloederige oplossingen de kans krijgen te drogen op het instrumentarium.

Reinigungs instructies – Gebruikspunt

1. Verwijder alle zichtbare verontreinigungs van het instrumentarium met gebruikmaking van zachte doekjes.
2. Plaats het instrumentarium in een tray met gedestilleerd water of bedek ze met vochtige handdoeken. Het instrumentarium moet binnen 30 minuten na gebruik worden gereinigd om het risico van opdrogen vóór het reinigungs zo klein mogelijk te houden.
3. Vervoer het net met het afgedekte instrumentarium naar een werkruimte die speciaal bestemd is voor de verdere ontsmetting van dit instrumentarium.

Reinigungs- en desinfectie instructies Cat. 1 – Speciale reinigungsruimte


1. Spoel het instrumentarium 3 minuten lang onder stromend lauw water.
 *Ultrasonen is niet vereist, maar is wel toepasbaar op het instrument, tenzij het reinigungs betreft van lichtgeleiders. Lichtgeleiders mogen beslist niet ultrasoon worden behandeld.*
2. Bereid een reinigungsoplossing volgens de instructies, verdunningsaanbevelingen en temperaturen van de fabrikant in een ultrasoonbad van de juiste grootte.
3. Dompel het instrumentarium volledig onder in het reinigungs middel en ultrasoneer ze gedurende minimaal 5 minuten.
4. Haal het instrumentarium uit het ultrasoonbad en spoel ze af onder stromend lauw water.
5. Reinigungs en desinfecteer de instrumenten in een reinigungs- en desinfectiemachine met een mild alkalisch reinigungs middel (pH 9-10,5). Volg de instructie van de fabrikant voor de dosering van het detergens. Volg de instructie van de fabrikant voor de belading van de reinigungs- en desinfectiemachine.
6. Inspecteer het instrumentarium zorgvuldig om er zeker van te zijn dat alle verontreinigungs is verwijderd. Herhaal het reinigungs proces als er nog verontreinigungs aanwezig is.

LET OP:



- Ga bij blijvend aanwezige verontreinigungs niet door met ontsmetten van het verontreinigungs instrumentarium.
- Neem onmiddellijk contact op met MEDEX om verwijdering of vervanging te regelen.

Reinigings- en desinfectie instructies product Cat. 2 – Speciale reinigingsruimte

1. Indien van toepassing: demonteer het instrumentarium.
2. Spoel (de onderdelen van) het instrumentarium 3 minuten lang onder stromend lauw water.
3. Borstel randen, kieren en holten zorgvuldig.
4. Rag het lumen of spoel het lumen door met een waterpistool. Indien op het instrument een spoelpoort ontbreekt, kan gebruik gemaakt worden van de MEDEX spoelconnector. Schuif deze connector op het uiteinde van de tip. Spuit het instrument door met een waterpistool aangesloten op de Luer-lock verbinding van de connector. Spoel het lumen 3x gedurende 20 seconden door. Hierbij moet een statische druk van minimaal 4,2 bar bereikt worden.
5. Spoel (de onderdelen van) het instrumentarium nogmaals af onder stromend lauw water.
 *Ultrasonen is niet vereist, maar is wel toepasbaar op het instrument, tenzij het reiniging betreft van lichtgeleiders.*
Lichtgeleiders mogen beslist niet ultrasoon worden behandeld.
6. Bereid een reinigingsoplossing volgens de instructies, verdunningsaanbevelingen en temperaturen van de fabrikant in een ultrasoonbad van de juiste grootte.
7. Dompel het instrumentarium volledig onder in het reinigingsmiddel en ultrasoneer ze gedurende minimaal 5 minuten.
8. Haal het instrumentarium uit het ultrasoonbad en spoel ze af onder stromend lauw water.
9. Sluit het lumen aan op het lumenblok van de reiniging- en desinfectiemachine. Gebruik hiervoor eventueel de MEDEX spoelconnector.
10. Reinig en desinfecteer de instrumenten in een reiniging- en desinfectiemachine met een mild alkalisch reinigingsmiddel (pH 9-10,5).
Volg de instructie van de fabrikant voor de dosering van het detergens.
Volg de instructie van de fabrikant voor de belading van de reiniging- en desinfectiemachine.
11. Inspecteer het instrumentarium zorgvuldig om er zeker van te zijn dat alle verontreiniging is verwijderd. Besteed extra aandacht aan eventuele gaten, holten en/of canules. Herhaal het reinigingsproces als er nog verontreiniging aanwezig is.

LET OP:



- Ga bij blijvend aanwezige verontreiniging niet door met ontsmetten van het verontreinigde instrumentarium.
- Neem onmiddellijk contact op met MEDEX om verwijdering of vervanging te regelen.

Reinigings- en desinfectie instructies Cat. 3 – Speciale reinigingsruimte

1. Vervoer het net met het afgedekte instrumentarium naar een werkruimte die speciaal bestemd is voor de verdere ontsmetting van dit instrumentarium.
2. Indien van toepassing: demonteer het instrumentarium.
3. Spoel (de onderdelen van) het instrumentarium 3 minuten lang onder stromend lauw water.
4. Borstel randen, kieren, gewrichten en holten zorgvuldig. Beweeg de beweegbare gedeeltes minimaal 3 keer tijdens het borstelen.
5. Rag het lumen of spoel het lumen door met een waterpistool. Indien op het instrument een spoelpoort ontbreekt, kan gebruik gemaakt worden van de MEDEX spoelconnector. Schuif deze connector op het uiteinde van de tip. Spuit het instrument door met een waterpistool aangesloten op de Luer-lock verbinding van de connector. Spoel het lumen 3x gedurende 20 seconden door. Hierbij moet een statische druk van minimaal 4,2 bar bereikt worden.
6. Spoel (de onderdelen van) het instrumentarium nogmaals af onder stromend lauw water.
7. Bereid een reinigingsoplossing volgens de instructies, verdunningsaanbevelingen en temperaturen van de fabrikant in een ultrasoonbad van de juiste grootte.
8. Dompel (de onderdelen van) het instrumentarium volledig onder in het reinigingsmiddel en ultrasoneer ze gedurende minimaal 10 minuten. Zorg ervoor dat ook het lumen gevuld is.
9. Haal het instrumentarium uit het ultrasoonbad en spoel het lumen door met een waterpistool (eventueel door gebruikmaking van de MEDEX spoelconnector) gedurende 20 seconden met een statische druk van 4,2 bar.
10. Spoel (de onderdelen van) het instrumentarium nogmaals af onder stromend lauw water.
11. Sluit het lumen aan op het lumenblok van de reiniging- en desinfectiemachine. Gebruik hiervoor eventueel de MEDEX spoelconnector.
12. Reinig en desinfecteer de instrumenten in een reiniging- en desinfectiemachine met een mild alkalisch reinigingsmiddel (pH 9-10,5).
Volg de instructie van de fabrikant voor de dosering van het detergens.
Volg de instructie van de fabrikant voor de belading van de reiniging- en desinfectiemachine.
13. Inspecteer het instrumentarium zorgvuldig om er zeker van te zijn dat alle verontreiniging is verwijderd. Besteed extra aandacht aan eventuele gaten, holten en/of canules. Herhaal het reinigingsproces als er nog verontreiniging aanwezig is.

LET OP:



- Ga bij blijvend aanwezige verontreiniging niet door met ontsmetten van het verontreinigde instrumentarium.
- Neem onmiddellijk contact op met MEDEX om verwijdering of vervanging te regelen.

INSPECTIE

LET OP:



- Ga niet door met het ontsmetten van instrumentarium met duidelijke tekenen van overmatige slijtage of beschadiging, of instrumentarium dat incompleet is of anderszins niet functioneert.
- Neem onmiddellijk contact op met MEDEX om verwijdering of vervanging te regelen.
- Bekijk regelmatig de staat waarin instrumenten verkeren en maak indien nodig gebruik van reparatie- en vervangingsdiensten.

Instrumentarium moet altijd, na reiniging en desinfectie, voorafgaand aan de sterilisatie worden geïnspecteerd door de CSA-medewerker. Inspectie moet grondig zijn en zowel een visuele als een functionele inspectie inhouden van de reinheid van de gaten, holten en/of canules en de aanwezigheid van scheurtjes, bochten, vervorming of verstoring. Voer de visuele en functionele inspectie en onderhoud uit zoals beschreven in respectievelijk de hoofdstukken Inspectie en Onderhoud uit de gebruiksaanwijzing van het betreffende instrument.

SMEREN



Oil before use!

- Gebruik een biocompatibel smeermiddel op basis van paraffine-/witte olie volgens de geldende Europese regelgeving.
- De olie moet geschikt zijn voor stoomsterilisatie en stoom doorlaten.

Behandel instrumenten met mechanische delen, scharnieren, schroefdraad en/of glijvlakken met in stoom steriliseerbare verzorgingsmiddelen op basis van paraffine-olie alvorens te verpakken voor verdere ontsmetting:

1. Smeer de instrumenten met mechanisch bewegende delen middels een spuitbus met slangetje, oliestift of druppelfles.
2. Breng het onderhoudsmiddel gericht en handmatig aan op de mechanische delen, scharnieren, het schroefdraad en de glijvlakken.
3. Verdeel het onderhoudsmiddel vervolgens gelijkmatig en verwijder overtollig onderhoudsmiddel met een pluisvrije doek van het oppervlak.
4. Verpak het instrumentarium voor sterilisatie.

VERPAKKEN

1. Zorg dat het instrumentarium droog is voordat het ingepakt wordt.
2. Verpak het instrumentarium in een laminaatzak of in non-woven. De sterilisatieverpakkingen dienen te voldoen aan de geldende standaarden en normen.
3. Zorg ervoor dat de laminaatzak voldoende groot is, zodat de sealnaden niet te veel onder druk komen te staan tijdens het sterilisatieproces.

STERILISATIE-INSTRUCTIES

MEDEX herbruikbaar instrumentarium moet worden gesteriliseerd voorafgaand aan het eerste gebruik en als onderdeel van deze ontsmettingsinstructies, voorafgaand aan hergebruik. Sterilisatie door middel van stoom (vochtige hitte) is de aanbevolen sterilisatiemethode. Onderstaande sterilisatie-instructies zijn gevalideerd tot een steriliteit-waarborgingniveau van 10^{-6} . Apparatuur voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie varieert in prestatiekenmerken. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de instelling/eindgebruiker om de apparatuur te valideren.



Instrumenten met blokkeringen of vergrendelingen moeten in geopende toestand zonder spanning of in de eerste blokkeringsstand worden gesteriliseerd.

1. Volg de instructies van de fabrikant bij het beladen van de sterilisator.
2. Steriliseer het instrumentarium in een gefractioneerd stoomsterilisatieproces gedurende minimaal 3,5 minuut bij 134°C.
3. Raak bij het ontladen van de sterilisator de verpakking niet aan en wacht minimaal 20 minuten alvorens het gesteriliseerde instrumentarium vrijgegeven kan worden.

Hoewel de behandeling van het instrument, de gebruikte materialen en sterilisatie-informatie een belangrijk effect hebben, is er in de praktijk geen beperking aan het aantal keren dat instrumenten opnieuw kunnen worden gesteriliseerd. Het einde van de gebruiksduur wordt bij normaal gebruik, bepaald door slijtage.

OPSLAG

Deze instrumenten of delen hiervan zijn gemaakt van roestvaststaal met een hoge corrosiebestendigheid, desalniettemin kan het instrumentarium onder specifieke omstandigheden corroderen. Hierdoor adviseert MEDEX het instrumentarium niet bloot te stellen aan zuren en vrij te houden van verontreiniging en langdurig contact met vocht om de passiveringslaag intact te houden. Bewaar het instrumentarium daarom in een schone, droge en stofvrije omgeving.

AFVALVERWERKING

Verpakking

De verpakking van nieuw geleverde hulpmiddelen kan worden afgevoerd via het oud papier en huisvuil en/of plastic afhankelijk van ziekenhuisrichtsnoeren.

Afvoeren van het product



Beëindiging levensduur: Onderhoud en circulariteit zijn in acht genomen bij ontwerp van dit instrument voor een duurzame levenscyclus. Hierdoor is het mogelijk om het instrument (voor een groot gedeelte) te recyclen. Lever het instrument na beëindiging van de levensduur in bij MEDEX of bij een punt voor deskundige afvalverwerking.



LET OP: Het instrumentarium moet voor afvoer zijn gedecontamineerd. Een decontaminatieverklaring moet bijgesloten zijn. Scherp instrumentarium moet op gepaste manier worden verwerkt om letsel te vermijden.

Overtollig instrumentarium: Indien instrumentarium om welke reden dan ook overtollig is geworden, kan door Second Chance Circularity van MEDEX een match gevonden worden om instrumentarium in te zetten in landen en gebieden waar goede zorg niet vanzelfsprekend is.

Nationale voorschriften

Bij alle maatregelen voor afvalverwerking moeten de nationale voorschriften en afvalverwerkingsrichtlijnen in acht worden genomen.